



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ โทร. 6-3391

ที่ ศธ 0514.7.1.6/ ๑ 1๖ ๕๐ วันที่ 14 ตุลาคม 2559

เรื่อง การกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมใน TOR การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2560

เรียน รองคณบดีฝ่าย/หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้างาน.....

ด้วยคณะแพทยศาสตร์ จะเข้าสู่มาตรฐานและขบวนการขอรับการรับรองมาตรฐาน The Joint Commission International (JCI) จึงใคร่ขอให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นไป ต้องกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมใน TOR ประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ ดังนี้

1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายโดยแนบเอกสารการแต่งตั้งเป็นหลักฐานหรือ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตโดยแนบเอกสารแต่งตั้งเป็นหลักฐาน
2. ผู้เสนอราคาต้องมีใบอนุญาตจาก US-FDA หรือ Thai FDA (อ.ย.)
3. ผู้เสนอราคาต้องมีใบประกันคุณภาพเครื่อง(Certificate & QC)
4. ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารยืนยันรายการที่เสนอไม่มีประเด็น Recall หรือ Hazard Alert
5. ผู้เสนอราคาต้องเสนอรับประกันคุณภาพเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า..... ปี (กรณีวงเงินเกิน 2 ล้านบาทกำหนดไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 3 ปี หรือ 4 ปี หรือ 5 ปี ตามความเหมาะสม)
6. ผู้เสนอราคาต้องแนบบใบรับรองการอบรมผู้เชี่ยวชาญในการซ่อมบำรุงรักษาพร้อมประวัติใบรับรองอบรม(Certificate/Training Record)ของรายการที่เสนอ
7. ผู้ขายต้องมอบคู่มือเครื่อง (Operation Manual) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ, คู่มือสำหรับช่าง

(Service Manual) เฉพาะหมวดการบำรุงรักษาและแก้ปัญหา ในวันส่งมอบ  
เครื่อง

8. ผู้เสนอราคาต้องเสนอเอกสารค่าบริการจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาและ  
ซ่อมแซมเครื่อง เมื่อเครื่องหมดประกันแล้ว โดย ระบุเป็นตัวเลขต่อปี ทั้งแบบ  
รวมอะไหล่และแบบไม่รวมอะไหล่ เป็นเวลา 5 ปี
9. ผู้ขายต้องอบรมการใช้งานเครื่อง ทั้งผู้ใช้และผู้ดูแลเครื่อง
10. ผู้ขายต้องแนบหลักฐานการนำเข้าหรือการส่งของจากโรงงานผู้ผลิตแนบมา  
พร้อมเอกสารการส่งของในวันส่งมอบ
11. ผู้ขายจะต้องส่งช่างผู้มีความรู้ความชำนาญทำการ ดูแล บำรุงรักษา ทดสอบ  
สอบเทียบซ่อมแซมเครื่อง ทุก..... เดือนตลอดระยะเวลาประกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป



(รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล)

คณบดีคณะแพทยศาสตร์